

東ソーコントロール (TFPI2)

本品は、Eテスト「TOSOH」II (TFPI2) 免疫反応試薬に専用の試薬で、血清中のTFPI2測定の際の精度管理に用います。

【本質】

1. 本品は、TFPI2及び蛋白質をベースとした凍結乾燥品で、次の2種類のコントロールからなっています。
東ソーコントロール (TFPI2) レベル1
東ソーコントロール (TFPI2) レベル2
2. コントロールの表示濃度は社内標準品を基準として決めたものです。その値はpg/mLを単位として、箱、びんのラベルに記載されています。本品の表示濃度範囲は測定結果の許容範囲を意味するものではありません。測定結果の管理幅は施設ごとに設定してください。

【使用方法】

1. 本品は凍結乾燥品ですので、それぞれ精製水1.0 mLを加え、ゴム栓を閉めて、十分に転倒混和して完全に溶解してから使用してください。
2. ご使用にあたっては、次に示す別売のEテスト「TOSOH」II試薬と組み合わせてください。また、本取扱説明書のほか下記試薬の添付文書及び装置 (AIAシリーズ) の取扱説明書をご参照ください。
Eテスト「TOSOH」II (TFPI2) 免疫反応試薬
Eテスト「TOSOH」II (TFPI2) 標準品セット
Eテスト「TOSOH」II (TFPI2) 検体希釈液
Eテスト「TOSOH」II 基質セット
(ラベルに桃色でSUB IIと表示)
Eテスト「TOSOH」II 洗浄液
Eテスト「TOSOH」II 分注液

【使用上の注意】

1. 本品は上記の用途以外に使用しないでください。
2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
3. 冷蔵庫から出して使用する際には15～25℃に戻してから使用してください。
4. 開封後あるいは調製後の本品は密封して2～8℃保存した場合14日間安定ですが、保存条件によっては安定性が変化する場合もありますので、できるだけ早く使用してください。
5. 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
6. 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。また、廃棄する際には大量の水とともに薄めて廃棄してください。

7. 本品は人由来成分を含んでおりませんが、取扱いに注意してください。本品や検体の付着したピペットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ (例えば121℃、20分以上) などで滅菌後廃棄してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法 2～8℃保存
2. 有効期間 13ヶ月
※使用期限は、箱、びんのラベルに記載されています。

【包装単位】

品番	品名	包装
0025445	東ソーコントロール (TFPI2)	レベル1、2: 各1.0 mL用×2本

Eテスト「TOSOH」II (TFPI2) は、横浜市立大学との共同研究の成果をもとに開発されました。

【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部
カスタマーサポートセンター
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
フリーダイヤル® 0120-17-1200
TEL. (0467) 76-5384
FAX. (0467) 79-2550

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



東ソー株式会社

東京都港区芝 3-8-2

TEL. (03)5427-5181

FAX. (03)5427-5220

製造元



東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町2番地

東ソーコントロール(TFPI2) 参考値表

ロット番号:E24B913

使用期限:2025-02

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定方法

E テスト「TOSOH」® II

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
TFPI2	pg/mL	430~640	5000~7500